



***FORNITURA DI MATERIALE PER ARTROSCOPIA DESTINATO  
ALLE AA.SS.LL. NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI, VCO DI OMEGNA, BI DI  
BIELLA E A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA – PERIODO DI  
ANNI CINQUE (PARI A GIORNI 1826).***

**PRECISAZIONE N. 4**

In relazione a richieste di chiarimenti fatte pervenire da ditte interessate alla procedura in epigrafe, si precisa quanto segue:

- Per quanto riguarda le misure dei materiali richiesti è ammessa una variabilità (maggiore o minore) non superiore al 10%;
- Tutti gli strumentari richiesti quali complemento di fornitura nei vari lotti devono essere forniti in comodato d'uso gratuito;
- Qualora venissero ravvisati tra le caratteristiche tecniche indicate nei documenti di gara elementi di specificità con prodotti commercializzati in esclusiva, è possibile offrire prodotti equivalenti in termini di prestazioni e/o di requisiti funzionali, da indicare espressamente nella documentazione tecnica di accompagnamento, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- Lotto 1 - Cannule trasparenti con otturatore per inserimento strumenti chirurgici: la presenza di tripla valvola antireflusso non costituisce caratteristica essenziale; pertanto, pur essendo preferibile che i prodotti offerti abbiano tale caratteristica, sono ammissibili altre soluzioni tecniche. Riguardo alle misure indicate, si richiede un gamma di diametri da mm 5,5 a mm 8,5 con una lunghezza utile da mm 55 a mm 90, oltre a quanto espresso nelle considerazioni generali.
- Lotto 3 – Ancore per la riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori:  
Si conferma la formulazione di un unico lotto composto da materiali diversi. Al punto 3.2 il termine "lanceolato" significa "con forma ellittica ed appuntita", e quindi si può tradurre nella fattispecie in forma "appuntita che consenta il facile inserimento senza perdere la direzione e rotazione impresse e senza danneggiare l'osso circostante". In riferimento al punto 3.7 si conferma la necessità di appartenenza al lotto medesimo, senza necessità di farne un lotto distinto;
- Lotti da 3 a 7 (e in particolare 3 e 4):  
La definizione risponde al criterio della distinguibilità dei materiali nell'uso evitando l'insorgenza di incompatibilità tra materiali di ditte diverse;



- Lotto 4 – Ancore per la riparazione artroscopica delle ri-rotture della cuffia dei rotatori:  
Relativamente al punto 4.1 si specifica che l'avvitamento di vite conica produce l'avanzamento della medesima ed espansione. L'espansione può essere ottenuta anche con altri sistemi; non è quindi in contrasto assoluto con l'avvitamento.
  
- Lotti:
  - 12 – Sistema di fissazione corticale a sospensione semplice tramite nastro in poliestere, per ricostruzione LCA
  - 14 – Sistema di fissazione corticale a sospensione variabile per ricostruzioni complesse e revisione di LCA e LCP, con tensionamento intra articolare
  - 15 - Sistema di fissazione corticale a sospensione variabile per ricostruzioni complesse e revisione di LCA e LCP, con tensionamento intra articolareLa richiesta di sistemi che prevedano l'utilizzo con entrambi i tipi di innesto maggiormente utilizzati (tendine rotuleo oppure tendini gracile e semitendinoso) è volta a semplificare, e quindi rendere più sicuro, l'intervento chirurgico. Poiché ogni sistema ha piccole ma peculiari differenze di tecnica. Considerati i fabbisogni si ritiene che lo sdoppiamento di ognuno di questi lotti porti ad una eccessiva variabilità delle tecniche operatorie, senza una effettiva differente indicazione.  
Relativamente al lotto 12, "Sistema di fissazione corticale a sospensione semplice tramite *nastro in poliestere*, per ricostruzione LCA", è ammissibile la presentazione di prodotti costituiti da materiali diversi dal poliestere pur essendo preferibile tale materiale. Egualmente è ammissibile la disponibilità di fresa non retrograda, quantunque tale caratteristica sia da considerare preferenziale.
  
- Lotto 23 – Sutura ad alta resistenza parzialmente riassorbibile per riparazione semplice di lesioni meniscali  
Il tempo di riassorbimento non è determinante perché si chiede un riassorbimento parziale. Determinante è l'alta resistenza del prodotto, che sia collaudato per l'uso specifico e munito di tutte le certificazioni che ne attestino la qualità. La richiesta di fornire in uso gratuito spingi nodo/cutter artroscopico, passafilì e cannule per suture meniscali è correlata alla necessità di avere dei materiali tra loro compatibili per dimensioni. Se i passafilì e le cannule sono monouso, il loro costo dovrà essere indicato, oppure compreso in quello del filo di sutura (specificandolo): si precisa che la richiesta dei soli fili di sutura non è oggetto di questa gara.
  
- Lotto 24 – Sutura ad alta resistenza non riassorbibile per riparazione semplice di lesioni meniscali:



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Non è determinante la specifica sul tipo di molecola, ma l'alta resistenza del prodotto, che sia collaudato per l'uso specifico e munito di tutte le certificazioni che ne attestino la qualità. Analogamente a quanto indicato per il lotto 23, la richiesta di fornire in uso gratuito spingi nodo/cutter artroscopico, passafili e cannule per suture meniscali è correlata alla necessità di avere dei materiali tra loro compatibili per dimensioni. Se i passafili e le cannule sono monouso, il loro costo dovrà essere indicato, oppure compreso in quello del filo di sutura (specificandolo). Anche qui, d'altra parte, la richiesta dei soli fili di sutura non è oggetto di questa gara.

IL DIRETTORE S.O.C. ACQUISTI,  
TECNOLOGIE, INGEGNERIA CLINICA, RETI  
(AUDIO – VIDEO – INFORMATICA)

(dott. Federico Bonisoli)