



**A.S.L. VCO.**  
Azienda Sanitaria Locale  
dnl Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634680033

**VALUTAZIONE IDONEITA' RELATIVAMENTE ALLA GARA, ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GINECOLOGIA, OSTETRICIA E NIDO DESTINATA ALLE AA.SS.LL. NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI, VCO DI OMEGNA, BI DI BIELLA E A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA - PERIODO DI ANNI CINQUE (PARI A GIORNI 1826).**

**Verbale n. 2**

Il giorno 11 ottobre 2018, alle ore 08,30, presso gli uffici dell'A.S.L. VCO, S.O.C. Logistica e Servizi Tecnici ed Informatici, in Omegna, Via Mazzini, 117, la sottoscritta dott.ssa Paola Allegri, Dirigente Medico S.O.C. Farmacia, facendo seguito alle determinazioni di cui al primo processo verbale redatto in data 13 aprile 2018, ha proceduto alle operazioni di valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti a riscontro del "soccorso istruttorio" attivato per i lotti 7, 13 e 14, al fine di determinare l'idoneità di ogni singolo prodotto in conformità alle caratteristiche tecniche esplicitate nel Capitolato Speciale relativo alla gara di cui all'oggetto.

Supportata dagli esiti delle prove in uso effettuate, che hanno interessato, oltre ai lotti sopraccitati, anche i lotti 1 e 15, al termine dei lavori la sottoscritta è pervenuta ai seguenti risultati meglio specificati nelle schede allegate al presente verbale, che dello stesso costituiscono parte integrante:

- lotto 1) si richiede campionatura alle ditte partecipanti - prove in uso positive per tutte le ditte partecipanti;
- lotto 7) si richiedono chiarimenti alla ditta Chemil relativamente alla lunghezza totale - dichiarazione trasmessa dalla ditta Chemil conforme a quanto richiesto in sede di gara;
- lotto 13) si richiede campionatura alle ditte Lifetech e Cair - autodichiarazioni e chiarimenti esaustivi / prove in uso positive per entrambe le ditte;
- lotto 14) si richiedono chiarimenti e campionatura alle ditte partecipanti - riscontri e prove in uso positive per tutte le ditte partecipanti;
- lotto 15) si richiede campionatura alla ditta partecipante - prova in uso negativa come da relazione utilizzatori.

A seguito di quanto sopra, a scopo riepilogativo, si ripropongono gli esiti emersi dalla valutazione delle offerte pervenute per ogni singolo lotto:

 **REGIONE  
PIEMONTE**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634860033

### Lotto 1)

Ditta	Idonea	Non Idonea
CO.DI.SAN	X	
FE.MA	X	
KALTEK	X	

### Lotto 2)

Ditta	Idonea	Non Idonea
AORTA SRL		X
BETA DIAGNOSTICI	X	
ALIFAX SRL	X	
DID SPA	X	
DASIT	X	
B.S.N.	X	

### Lotto 3)

Ditta	Idonea	Non Idonea
RI.MOS.	X	
SCS	X	

### Lotto 4)

Ditta	Idonea	Non Idonea
RI.MOS.		x
MEDLINE SRL		x
AK MEDICAL		x
FE.MA	x	

### Lotto 5)

Ditta	Idonea	Non Idonea
RI.MOS.		X
MEDLINE SRL		X
AK MEDICAL		X
FE.MA	X	

 **REGIONE  
PIEMONTE**

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

*Handwritten signature or mark*



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Oragna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.543020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### Lotto 6)

Ditta	Idonea	Non Idonea
RI.MOS.	X	
MEDLINE SRL	X	
POLIMED	X	

### Lotto 7)

Ditta	Idonea	Non Idonea
AK MEDICAL		X
IDS	X	
CHEMIL	X	

### Lotto 8)

Ditta	Idonea	Non Idonea
AK MEDICAL	X	
F.A.S.E.	X	
CLINILAB		X
CO.DI.SAN.	X	
IDS		X
FE.MA	x	
CHEMIL	x	

### Lotto 9) deserto

### Lotto 10) deserto

### Lotto 11)

Ditta	Idonea	Non Idonea
KALTEK	X	

### Lotto 12)

Ditta	Idonea	Non Idonea
AK	X	

 REGIONE  
PIEMONTE

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

6



**A.S.L. VCO.**  
Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00534880033

### Lotto 13)

Ditta	Idonea	Non Idonea
CODAN		X
LIFETECH	X	
CAIR	X	

### Lotto 14)

Ditta	Idonea	Non Idonea
CODAN	X	
LIFETECH	X	
CAIR	X	
MEDELA	X	

### Lotto 15)

Ditta	Idonea	Non Idonea
IDS		X

### Lotto 16)

Ditta	Idonea	Non Idonea
EUROMED	X	

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, 11 ottobre 2018

IL Dirigente Medico  
S.O.C. FARMACIA

(dott.ssa Paola Allegri)

REGIONE  
PIEMONTE

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

lotto 1

Ditta	Idonea	Non Idonea	Note
CO.DI.SAN.	X		Richiesta campionatura – prova uso positiva
FE.MA	X		Richiesta campionatura – prova uso positiva
KALTEK	X		Richiesta campionatura – prova uso positiva

*Dee*

lotto 7

Ditta	Idonea	Non Idonea	Note
AK MEDICAL		X	Non rispettata lunghezza minima di 20 cm.
IDS	X		
CHEMIL	X		Soccorso istruttorio per lunghezza totale – rispettata lunghezza richiesta

*Handwritten signature*

## lotto 13

Ditta	Idonea	Non Idonea	Note
CODAN		X	Non dichiarato se biberon adatto a pastorizzazione. Scala graduata a partire da 50 ml e non da 10 ml come richiesto da Capitolato. Non dichiarata temperatura di utilizzo fino 80°.
LIFETECH	X		Soccorso istruttorio per presenza passo europeo e richiesta campionatura – Autodichiarazione esaustiva / prova in uso positiva
CAIR	X		Soccorso istruttorio per chiarimenti diversi tipi di tettarelle e richiesta campionatura – Chiarimenti esaustivi / prova in uso positiva

*flw*

**lotto 14**

<b>Ditta</b>	<b>Idonea</b>	<b>Non Idonea</b>	<b>Note</b>
CODAN	X		Soccorso istruttorio e richiesta campionatura – Riscontri e prova in uso positivi
LIFETECH	X		Soccorso istruttorio e richiesta campionatura – Riscontri e prova in uso positivi
CAIR	X		Soccorso istruttorio e richiesta campionatura – Riscontri e prova in uso positivi
MEDELA	X		Soccorso istruttorio e richiesta campionatura – Riscontri e prova in uso positivi


*Alber*



lotto 15

Ditta	Idonea	Non Idonea	Note
IDS		X	Richiesta campionatura - Prova in uso negativa come da relazione utilizzatori

*Handwritten signature*



Il Coordinatore  
Raffaella Visentin

Distinti saluti

a disposizione per ulteriori chiarimenti.

- i braccialetti sono troppo sottili, diventano "taglienti" per la pelle dei neonati
- se durante il calo fisiologico del neonato fosse necessario stringere ulteriormente il braccialeto per evitare che si tolgia, con questo modello non è possibile farlo
- la pelle del neonato sotto il braccialeto si macera molto facilmente
- durante il bagnetto l'acqua entra nel braccialeto rendendo illeggibili i dati
- non è molto agevole l'inserimento del cartoncino all'interno dello spazio in cui deve alloggiare una volta compilato con i dati rispettivamente della mamma e del neonato
- Con la presente si comunica che durante la prova dei braccialetti identificativi mamma/neonato abbiamo riscontrato queste problematiche:

Oggetto: non idoneità braccialetti identificativi.

Alla cortese attenzione  
Dott.ssa P. Allegrì  
Farmacia - Sede

Verbania, 17/09/2018

**DIPSA Presidio Ospedaliero di Verbania**

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Dipartimento Professioni Sanitarie

Tel 0323 541213 Fax 0323 541399 e-mail: infermeristico.vb@aslvc.it

Coordinatore SOC Pediatria Raffaella Visentin tel. 0323 541333

e-mail: visentin@aslvc.it

A.S.L. V.C.O.  
Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola



Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323 5411 0324 4911 fax +39 0323 643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 00634080033