



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

FORNITURA DI MATERIALE PER GINECOLOGIA, OSTETRICIA E NIDO DESTINATO ALLE AA.SS.LL. NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI, VCO DI OMEGNA, BI DI BIELLA E A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA – PERIODO DI ANNI CINQUE (PARI A GIORNI 1826).

PRECISAZIONE N.2

In relazione a richieste di chiarimenti fatte pervenire da ditte interessate alla procedura in epigrafe, si precisa quanto segue:

- Relativamente ai lotti nn. 4 e 5 è consentito un diametro minimo di mm 7;
- Relativamente al lotto n. 13 si conferma quanto segue:
 - i biberon devono essere in materiale trasparente, non lattescente;
 - la scala graduata deve partire da 10 ml, con passo a libera scelta dell'offerente;
 - è indifferente che la tettarella nuda sia inserita sotto o sopra la ghiera;
 - non è obbligatorio che il confezionamento sia in carta medica + blister
 - non è previsto che sui biberon siano impresse in maniera indelebile condizioni speciali di utilizzo. Tali indicazioni (es. temperature di utilizzo) sono meramente facoltative;
 - non sono previste validità di sterilizzazione diverse da quelle di legge;
 - non è prevista la graduazione dei cappucci di protezione delle tettarelle. Tale indicazione è meramente facoltativa;
 - biberon e tettarelle devono essere Dispositivi Medici, quindi dotati del relativo Marchio;
 - il tappo deve essere non preavvitato;
- Relativamente al lotto n. 14 si conferma quanto segue:
 - il set tiralatte è monopaziente, non monouso;
 - il set tiralatte si può pulire e sanificare prima di un altro utilizzo anche secondo le procedure previste dal Fabbricante;
 - la compatibilità con mastosuttori AMEDA e MEDELA può essere anche autocertificata dal produttore ovvero dall' offerente.

**IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E
SERVIZI TECNICI E INFORMATICI**

(dott. Federico Bonisoli)