



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER INDAGINI EMOCOAGULATIVE – CIG 8657481B52**

### **PRECISAZIONE N. 2**

In relazione a richieste di chiarimenti pervenute da Aziende invitate alla procedura in epigrafe si precisa quanto segue:

- in riferimento al punto 11 dei Requisiti di Qualità di cui all'art. 7 par. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto la dizione corretta è la seguente "D Dimero con linearità senza rerun superiore 3000 ngr/ml DDU";
- il coefficiente di cui all'art. 7 par. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto verrà applicato al punteggio risultante dalla formula indicata nel precedente paragrafo 4;
- la dichiarazione di presa visione della lettera d'invito contiene un refuso che può essere modificato dalla ditta offerente come segue: "appalto per la fornitura di sistemi analitici per indagini Emocoagulative";
- si conferma che le centrifughe da banco di cui all'art. 3 par. 1 sono destinate nel numero di 1 per ciascun Presidio Ospedaliero di Verbania e Domodossola. Le suddette centrifughe possono operare anche **a temperatura ambiente**;
- in riferimento ai punti 4 e 9 dei Requisiti di Qualità di cui all'art. 7 par. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, si conferma quanto in essi indicato, non costituendo requisiti di esclusione.

IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA  
E SERVIZI INFORMATICI

(Dott. Federico Bonisoli)

FB/SS/ss

