



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE

CHIARIMENTO N. 2

In relazione a richiesta di chiarimenti fatta pervenire da ditte interessate alla procedura in epigrafe, si precisa quanto segue:

- LOTTO 3: FOGLI DI TESSUTO NON TESSUTO
I fogli in TNT possono essere costituiti da **SMS polipropilene**;
La caratteristica tecnica "Impermeabilità all'acqua e all'alcool" viene modificata in "**impermeabilità all'acqua**";
- LOTTO 5: INDICATORI INTEGRATORI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE
La caratteristica tecnica "con doppia finestra" viene modificata in "con doppia finestra **o a migrazione d'inchiostro**".
- LOTTO 7: DISPOSITIVI DI PROVA DEL PROCESSO PER LA VALUTAZIONE DELLA PENETRAZIONE DEL VAPORE IN CORPI CAVI
Il dispositivo riutilizzabile deve rispettare le norme indicate nelle caratteristiche tecniche.
- LOTTO 9: FOGLIO ASSORBENTE PER UTILIZZO CON CONTAINER
La caratteristica tecnica "dichiarazione del produttore di alta assorbenza e rapida evaporazione" viene **eliminata**.
- LOTTO 11: LACCI IN SILICONE AUTOBLOCCANTI MONOUSO La **tolleranza** per le misure è del **10%**;
Si confermano le caratteristiche tecniche descritte.
- LOTTO 13: SIGILLO CHIUSURA MONOUSO PER CONTAINER Il sigillo è richiesto **senza indicatore**.



– **CAMPIONATURA**

A rettifica di quanto indicato in Capitolato, **ci si riserva di richiedere la campionatura in un momento successivo alla scadenza della presentazione dell'offerta.**

Si conferma che la campionatura richiesta, nella quantità indicata nella relativa tabella, dovrà essere fornita, a tempo debito se richiesto, in confezione originale.

– **TOLLERANZA MISURE INDICATE**

Si ribadiscono le misure indicate nelle caratteristiche tecniche di ciascun lotto, salvo quanto precisato per il LOTTO 11.

– **DOCUMENTAZIONE TECNICA - PUNTO 2.**

Si rettifica l'indicazione dei lotti nel modo seguente:

"1, 2, 3, 10, 11 e 12"

– **INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:**

Gli importi indicati nell'allegato A) del Capitolato Speciale d'Appalto sono da considerarsi indicativi e pertanto non costituiscono base d'asta.

In riferimento a quanto indicato al punto 2 del paragrafo "Documentazione Tecnica" del Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che i dati richiesti possono essere inviati utilizzando come modello lo schema d'offerta economica, debitamente integrato dall'Operatore Economico.

La dichiarazione di cui al paragrafo "Formazione ed aggiornamento professionale" deve essere inserita nella busta contenente la documentazione tecnica.

E' indifferente che le singole buste contenenti la documentazione tecnica dei lotti di partecipazione siano raccolte in un'ulteriore busta da inserire nel plico di gara ovvero siano inserite nel medesimo plico di gara liberamente.

Eguale a quanto sopra indicato vale per le buste contenenti le offerte economiche.

Relativamente all'offerta economica si conferma il modello allegato D) al Capitolato Speciale d'Appalto.

Non è prevista l'indicazione dei costi della sicurezza e del personale.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Si conferma che non è prevista cauzione provvisoria e, dato il valore dei lotti di partecipazione, nemmeno il Pass-OE.

**IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E
SERVIZI TECNICI E INFORMATICI**

(Dott. Federico Bonisoli)

FB/SS/ss