



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna Tel 0323 868192 Fax 0323
868151 e-mail : provveditorato@aslvco.it

FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI VIDEOENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA AD ALTA DEFINIZIONE 4K, DESTINATA ALLA S.O.C. UROLOGIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI DOMODOSSOLA – PRECISAZIONI

A seguito richieste di chiarimenti presentate da Ditte invitate alla procedura di cui all'oggetto, si chiarisce quanto segue:

Si conferma che la gara è da intendersi a LOTTO UNICO;

ART. 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

La dizione "Sistema Video dotato di uscite 2D digitali 4K" è da intendersi sostituita dalla seguente "Sistema 4K";

La dizione "FONTE DI LUCE o FONTE DI LUCE INTEGRATA" è da intendersi sostituita dalla seguente "FONTE DI LUCE INTEGRATA";

Nel paragrafo relativo alla TESTA DI TELECAMERA PER LAPAROSCOPIA, si conferma che la testa richiesta debba disporre sia di messa a fuoco automatica che manuale;

Nel paragrafo relativo alla TESTA DI TELECAMERA A PENDOLINO, si conferma che la testa richiesta debba disporre sia di messa a fuoco automatica che manuale.

Può essere fornita una connessione con il processore diversa dalla fibra ottica, purchè la resa qualitativa sia equivalente;

Nel paragrafo relativo alle Ottiche, la dizione "complete di cestello e cavi luce da 5 mm., lunghi 3,5 m." è da intendersi sostituita dalla seguente "complete di cestello e cavi luce da 5 mm., e lunghezza almeno 3 metri";

Nel paragrafo MONITOR, la voce "compatibile con tecnologia 3D passiva" è da considerarsi opzionale: di conseguenza la sua assenza non preclude l'ammissibilità dell'offerta;

Nel paragrafo relativo al SISTEMA OTTICO ESTERNO PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA, si conferma che il Sistema Ottico può essere Esterno, comunque compatibile con il Sistema video;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Nel paragrafo relativo al SISTEMA DI REGISTRAZIONE, si conferma la necessità di offrire una stampante;

Nel paragrafo relativo al GENERATORE DI CORRENTE, la dizione "corrente per sintesi dei vasi applicabili a strumenti monouso e pluriuso" è da intendersi sostituita dalla seguente "corrente per sintesi dei vasi applicabili a strumenti monouso o pluriuso";

Nel paragrafo relativo a STRUMENTO PLURIUSO FLESSIBILE PER CHIRURGIA DELLE ALTE, il termine "ALTE", riguarda le "ALTE VIE URINARIE"; vengono richiesti n. 2 Ureteroscopi flessibili, uno digitale ed uno a fibre ottiche;

ART. 4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Relativamente alla voce "Assistenza tecnica" della tabella dei punteggi, si precisa che il termine "full Risk" deve prevedere manutenzione preventiva e sostitutiva dell'apparecchiatura, comprensiva di sostituzione completa in caso di guasto non riparabile entro 48 ore. La garanzia full risk è da comprendersi nel prezzo dell'apparecchiatura e non necessita di quotazione a parte;

Omegna, 20 Dicembre 2018

IL DIRETTORE
S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI
TECNICI E INFORMATICI
(Dr. Federico Bonisoli)