



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

SOC LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

Sede legale : Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna Tel 0323 868192 Fax 0323
868151 e-mail : provveditorato@aslvco.it

Allegato A) all'avviso di avvio di procedura di gara per la fornitura di guanti.

Caratteristiche tecniche dei prodotti

Guanto chirurgico sterile in lattice senza polvere:

- a) in puro lattice di gomma naturale
- b) di forma anatomica dx e sx
- c) di corpo unico, privo di saldature e di sbavature
- d) dotato di elasticità e morbidezza tali da permettere ogni movimento al chirurgo;
- e) superficie palmare con caratteristiche tali da permettere una presa sicura dello strumento chirurgico;
- f) di lunghezza non inferiore a mm. 270;
- g) manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza al camice, con bordino o sistema di antirotolamento;
- h) riportare sul polsino, all'interno del guanto la taglia e l'indicazione dx o sx;
- i) privo di polvere lubrificante, non clorinati, ma realizzati in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto;
- j) prodotto senza lattice, ftalati e fibra di vetro;
- k) confezione singola, a paio, in buste doppio involucro, interno ed esterno;
- l) confezione multipla contenente max 50 paia di guanti.

Fabbisogno per 3 mesi pari a circa 15.000 pezzi

Guanto in nitrile:

- a) guanto in nitrile elastico puro;
- b) di forma anatomica intercambiabile dx sx (ambidestri);
- c) di corpo unico, privo di saldature e di sbavature;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- d) dotato di consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza e sensibilità tattile all'operatore e assicurare una presa sicura;
- e) di lunghezza non inferiore a mm. 240
- f) manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza al camice, con bordino o sistema di antirotolamento;
- g) privo di polvere lubrificante ma realizzati in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto;
- h) capacità di resistenza alle sostanze chimiche e ai reagenti;
- i) di colorazione opacizzata antiaffaticamento visivo;
- j) prodotto senza lattice, ftalati e fibra di vetro;
- k) in dispenser di cartone contenente max 200 pezzi.

Fabbisogno per 3 mesi pari a circa 1.600.000 pezzi

Guanto in vinile:

- a) in cloruro di polivinile elasticizzato per uso medicale;
- b) di forma anatomica intercambiabile dx sx (ambidestri);
- c) di corpo unico, privo di saldature e di sbavature;
- d) dotato di consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza e sensibilità tattile all'operatore e assicurare una presa sicura;
- e) di lunghezza non inferiore a mm. 240
- f) manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza al camice, con bordino o sistema di antirotolamento;
- g) privo di polvere lubrificante ma realizzati in modo da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna e garantire l'indossabilità del guanto;
- h) capacità di resistenza alle sostanze chimiche e ai reagenti;
- i) prodotto senza lattice, ftalati e fibra di vetro;
- j) in dispenser di cartone contenente max 100 pezzi.

Fabbisogno per 3 mesi pari a circa 200.000 pezzi

Condizioni essenziali per l'accesso alla procedura

Gli operatori interessati dovranno garantire, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le seguenti condizioni:

- **consegna**, anche parziale, dei prodotti oggetto di gara, entro **quindici giorni lavorativi** dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- tutti i dispositivi medici dovranno essere:
 - ✓ corredati di scheda tecnica;
 - ✓ conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ✓ conformi alla normativa UNI EN 455-1-2-3-4;
 - tutti i dispositivi di protezione individuale dovranno essere:
 - ✓ corredati di scheda tecnica;
 - ✓ muniti di certificazione DPI III categoria ai sensi del Regolamento UE2016/425 e s.m.i.;
 - ✓ conformi alle norme UNI EN 374 1-2-3, UNI EN 420 ed UNI EN 388.

Omegna, 14 agosto 2020

IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA
E SERVIZI INFORMATICI
(dott. Federico Bonisoli)

FB/SS/ss

