

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	2034023
Descrizione	N. 2 MICROSCOPI ENDOTELIALI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z083516989
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ASL VCO - SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 00634880033 28887 VIA MAZZINI 117 OMEGNA (VB)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHY6N
Punto Ordinante	LIDIA MONETTI / MNTLDI61S70H703I
Soggetto stipulante	LIDIA MONETTI / MNTLDI61S70H703I ASL VCO
Data e ora inizio presentazione offerta	22/02/2022 12:18
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	02/03/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	02/09/2022 18:00
Ulteriori note	Si richiede microscopio PERSEUS MOD. NIDEK CEM 530 COD. 103010-00 e di specificare la garanzia. Riferimento dottor Romolo Protti 3388589752. Le specifiche tecniche ed i dettagli che codesta Ditta ritiene di inviare e che non si riesce a caricare su piattaforma MePa possono essere allegati al file SICUREZZA oppure essere inviati con email all'indirizzo provveditorato@aslvc.it .
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	ESAVIS SRL
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	SI RICHIEDE CONSEGNA DI 1 MICROSCOPIO AD AMBULATORIO OCULISTICA OSPEDALE DI VERBANIA, VIA FIUME 18, E DI 1 MICROSCOPIO AD AMBULATORIO OCULISTICA OSPEDALE DI DOMODOSSOLA, LARGO CADUTI LAGER NAZISTI 1
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA MAZZINI 117 OMEGNA - 28887 (VB) PIEMONTE

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Biometri ottici computerizzati
Quantità	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	NIDEK CEM 530
2	*Codice articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	103010-00
3	*NOME COMMERCIALE DEL BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO	Tecnico	Valore unico ammesso	MICROSCOPIO ENDOTELIALE PERSEUS
4	*Prezzo	Economico	Valore suggerito	38000
5	*Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	*Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO
8	*Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
9	*Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione	Tecnico	Nessuna regola	
10	*Tecnica diagnostica	Tecnico	Lista di scelte	• CONTATTO • LASER NON-CONTACT
11	*Misurazione asse visivo	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
12	*Misurazione lunghezza assiale bulbo oculare	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
13	*Range di misurazione lunghezza asse oculare [mm]	Tecnico	Lista di scelte	• 14/38 • 10/40 • 15/35 • 15/38
14	*Misurazione lunghezza raggio corneale	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
15	*Range di misurazione raggio corneale [mm]	Tecnico	Lista di scelte	• 5/10 • 6/12 • 3/15
16	*Misurazione profondità camera anteriore	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
17	*Range di misurazione profondità camera anteriore [mm]	Tecnico	Lista di scelte	• 1 • 5/6 • 5 • 1/8
18	*Misurazione bianco/bianco	Tecnico	Nessuna regola	
19	*Range di misurazione bianco/bianco [mm]	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI
20	*Misurazione ampiezza pupilla	Tecnico	Lista di scelte	• 5/20 • 8/16
21	*Riconoscimento automatico occhio [D/S]	Tecnico	Lista di scelte	• NO • SI

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
22	*PC integrato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
23	*Stampante integrata	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
24	*Movimentazioni joystick [direzioni]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3
25	*Blocco rapido posizionamento	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
26	*Comando sistema galileiano	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • MANUALE • ELETTRONICO
27	*Accessori in dotazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • CAPPА DI PROTEZIONE • KIT MONTAGGIO SOTTOPIANO
28	*Peso [kg]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • FINO A 5 • DA 5 A 10 • DA 10 A 15 • DA 15 A 20 • OLTRE 20
29	*Alimentazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 220/230V - 50/60 HZ
30	*Classe di isolamento elettrico (CEI 62-5)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • I B • II B • I BF • II BF • ALIMENT. INTERNA
31	*Compatibilità elettromagnetica (EN60601-1)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
FILE SICUREZZA	Sicurezza.doc
DGUE	DGUE.doc

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DGUE COMPILATO	Sì
FILE SICUREZZA COMPILATO	Sì