

Allegato **D)** alla deliberazione n°  
composto da n° **1** pagina

**31**

del

**26 APRILE 2012**

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

The world leader  
in serving science

Rodano, 13/04/2012  
Prot. N. 04010/12 - IB/am

ASL VCO  
0026472/12  
17/04/2012  
Comp.:24

**Codice cliente 133983**  
Spettabile  
ASL VCO  
VIA MAZZINI  
28887 OMEGNA VB

**OGGETTO: OFFERTA PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORIO ANALISI A LISTINO. NUMERO GARA 1731664-- LOTTO N. CIG.N. 16658628CD NOSTRA OFFERTA n. 0511/11 AB/bf % PRNE-0295/2011-0621 del 31/03/2011. e successiva ns. Prot. n. 04009/11 del 05/04/2011- AGGIUDICATA CON DELIBRA N. 242 DEL 04/05/2011. Vs. prot. n. 19179/12 del 19/03/2012.**

Egredi Signori,

a seguito della Vostra richiesta Prot. n. 19179/12 del 19/03/2012 per la fornitura in oggetto, con la presente comunichiamo il nostro consenso a prorogare la nostra offerta **0511/11 del 31/3/2011**, già in Vostro possesso, **sino al 31/01/2013** per i prodotti aggiudicati ed ai medesimi prezzi e condizioni di fornitura in essa indicati, ad eccezione del seguente prodotto quotato come segue:

**Rif. 2**

**Cod. AN0020C - ANAEROGEN COMPACT (20 BUSTINE) CONF. DA 20 BUSTE (80 TEST)**  
(CIVAB MIVOX034) Sistema in busta, sigillata singolarmente in involucro protettivo di alluminio, per l'incubazione in anaerobiosi di piastre Petri (max 4)(80test/Confezione) o di un pannello per identificazione (20test/Confezione). Ogni 5 confezioni è richiesto l'impiego di 1 confezione di BR0055B. Ogni confezione di prodotto richiede l'impiego di 1 confezione di AG0020C, da utilizzarsi inoltre con AN0005C. Il sistema non produce idrogeno e sviluppa una concentrazione di Co2 pari al 10%. Temperatura di conservazione consigliata: 2-25°C. VALIDITA' INDICATIVA del PRODOTTO: 9 mesi.

Casa Produttrice: OXOID LIMITED (ENGLAND)

**Prezzo offerto per conf.: Euro 27,50.= (ventisette virgola cinquanta) + I.V.A. 21%**

Restando a Vostra completa disposizione comunichiamo che per ulteriori informazioni inerenti la presente potete contattare il nostro Ufficio Gare ed Offerte (Tel. 02/994.72.320 - Fax 02/990.27.611 -mail: [oxid.it.ufficiogare@thermofisher.com](mailto:oxid.it.ufficiogare@thermofisher.com)).

Gli ordini potranno essere inoltrati direttamente al nostro Ufficio Vendite (Tel. 02/994.72.310 - Fax 02/990.27.611, mail: [oxid.it.ufficiovendite@thermofisher.com](mailto:oxid.it.ufficiovendite@thermofisher.com)).

Cordiali saluti.

  
**OXOID S.p.A.**  
Pellegrini Dr. Franco  
Il Legale Rappresentante




Strada Rivoltana  
20090 Rodano (MI)

+39 02 99472.1 r.a.  
+39 02 9968280 fax  
[oxid.it@thermofisher.com](mailto:oxid.it@thermofisher.com)

[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)  
[www.oxid.com](http://www.oxid.com)

Oxoid S.p.A. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Oxoid International Ltd  
Cap. Soc. Euro 516.000 i.v. Cod. Fisc., Part. IVA e Reg. Impr. Milano: 00899180158 R.E.A. Milano n° 596758 Reg. AEE n° IT0832000003486

IL DIRETTORE  
STRUTTURA COMPLESSA FORNITURE E LOGISTICA  
(Dott.  **BONISOLI**)

