



S.C. PROVVEDITORATO

Responsabile: D.ssa Ivana Bellora
☎ 0321 373.2265 - 📠 0321 373.2740

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ANALISI IN CITOFLUORIMETRIA OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DELL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA, ALLA SC DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'ASL VC ED AL CENTRO TRASFUSIONALE DELL'ASL VCO AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3

CHIARIMENTI

QUESITO N.1:

Si chiede di specificare come presentare la documentazione tecnica (BUSTA B), se esclusivamente su supporto informatico (compact disk).

RISPOSTA:

All'interno della BUSTA B dovrà essere inserita la documentazione tecnica in copia cartacea, così come specificato all'art. 2.1 del capitolato speciale d'appalto. Tutta la sopracitata documentazione dovrà essere presentata, altresì, anche su supporto informatico (compact disk), così come specificato a pag. 17 del capitolato speciale d'appalto.

QUESITO N.2:

Capitolato speciale – 2. Disciplinare – 2.1 composizione plico d'offerta

Data la disposizione di presentare la documentazione tecnica su supporto informatico e che tutta la documentazione tecnica debba essere firmata in calce (pag. 17) si chiede la possibilità che detta documentazione venga firmata solo digitalmente – non di pugno - e quindi presentata su supporto informatico.

RISPOSTA:

Vedasi risposta a chiarimento n. 1.

QUESITO N.3:

CAPITOLO 5. CAPITOLATO TECNICO – Paragrafo: “ ***Volume delle attività***” presente a pagina 42 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

Al **punto 11** della tabella presente nel suddetto paragrafo è presente richiesta di fornitura relativa alla seguente descrizione di prodotto:

“Ab monoclonali in miscele precostituite adatte alla lettura al citofluorimetro alla lunghezza d'onda della



fluorescenza 1, 2, 3, 4 e successive”.

Relativamente a tale descrizione l'azienda si trova impossibilitata nel produrre uno specifico prezzo d'offerta per i test richiesti poiché in tale categoria ogni singolo test è rappresentato da una miscela che può essere composta da 4 sino ad 8 (ed eventualmente successive) formulazioni di anticorpi monoclonali singoli coniugati con differenti colori. Essendo fortemente significativa la discrepanza economica tra una miscela a quattro colori e una ad otto (ad esempio) si richiede di specificare un numero definito di colori per i tests rappresentati in tabella al punto 11.

Inoltre Vi segnaliamo che miscele a 4 colori sono già richieste al punto 10 della stessa tabella, non riscontriamo alcuna caratteristica distintiva che permetta di capire ciò che va offerto al punto 10 da ciò che va offerto al punto 11 (nel caso si intendesse richiedere miscele a 4 colori al punto 11).

RISPOSTA:

Le miscele precostituite indicate al punto 11 della tabella riportante il volume delle attività (art. 5.1 del Capitolato Speciale d'appalto) devono prevedere 8 differenti fluorocromi.

IL RUP
DR.SSA M. LUISA TORRE
(firmato in originale)