



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Allegato 6

**FORNITURA DI REAGENTI LIBERI PER LABORATORIO
SETTORE ANATOMIA PATOLOGICA OCCORRENTI ALL'AOU
"MAGGIORE DELLA CARITÀ", "ASL BI", "ASL VC", "ASL
NO", "ASL VCO", AFFERENTI ALLA AREA INTERAZIENDALE
DI COORDINAMENTO N. 3**

PER TUTTI I LOTTI:

Le caratteristiche generali e quelle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico devono essere desumibili dalle schede tecniche riferite ai singoli prodotti (dovranno essere evidenziati i punti ove sono descritte) o da espresse dichiarazioni allegate alle schede tecniche.

Le caratteristiche che concorreranno alla valutazione dovranno essere descritte sulla presente scheda o indicandone il riferimento al punto specifico della scheda tecnica del prodotto.

Per “allegato 5” si intende il prospetto che esprime i fabbisogni.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 1

Reagenti chimici - A

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Reagente ad elevato grado di purezza.	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n.2

Reagenti chimici - B

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Reagente ad elevato grado di purezza.	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n.3

Reagenti chimici - C

(L'offerta deve prevedere il maggior numero di prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Reagente ad elevato grado di purezza.	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 4

Reagenti chimici - D

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Reagente ad elevato grado di purezza.	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 5

Reagenti chimici - E

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Reagente ad elevato grado di purezza.	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 6

Reagenti per istoproccossazione A

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Reagente ad elevato grado di purezza.	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 7

Reagenti per istoproccesazione B

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
<ul style="list-style-type: none">- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;- Componenti aromatici per la miscela di isoparaffina inferiore al 2%;- Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità	50	

La campionatura è richiesta per il seguente prodotto:

- Miscela di isoparaffina in fase liquida privo di Xilolo, toluolo e terpeni

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 8

Coloranti per Papanicolau

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Qualità dettaglio morfologico su preparati citologici	35	
Tempi di colorazione	15	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 9

Reagenti in polvere

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
<ul style="list-style-type: none">- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;- Reagente ad elevato grado di purezza;- Prodotti con marcatura CE-IVD.	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n.10

Reagenti spray

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD per il prodotto indicato nelle righe sottostanti.		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità	50	

La campionatura e la marcatura CE-IVD è richiesta solo per il seguente prodotto:

- Fissativo spray rapido per citologia

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n.11

Reagenti per colorazione A

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova su preparati istologici	50	

La campionatura è richiesta per i seguenti prodotti:

- Ematossilina Ferrica (secondo WEIGERT) soluzione A pronte all'uso
- Ematossilina Ferrica (secondo WEIGERT) soluzione B pronte all'uso

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n.12

Reagenti per colorazione B

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD.		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità	50	

La campionatura è richiesta per i seguenti prodotti:

- AFOG
- Metodo rapido di Weigert per fibroelastiche

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 13

Reagenti per colorazione C

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD.		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità	50	

La campionatura è richiesta per i seguenti prodotti:

- Rosso Congo Secondo Highman (scadenza non inferiore a 18 mesi dalla consegna)
- Schiff Reagent

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 14

Miscele alcoliche per istoprocessazione

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
<ul style="list-style-type: none">- Assenza di componenti denaturanti artificiali o chimici quali: aldeidi, chetoni, acido acetico per tutti i prodotti del lotto;- Alcool metilico in percentuale compresa tra 1-3%- Isopropanolo in percentuale compresa tra 1-3%- Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione in processazione istologica	30	
Valutazione in allestimento di colorazione	20	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 15**Coloranti****(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)****CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD;		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione dettaglio morfologico in colorazione rapida istologica con "Blu Toluidina O (C.I. 52040) per microscopia (confezione da 25 gr)"	20	
Dettaglio morfologico in colorazione rapida citologica con "Blu Toluidina O (C.I. 52040) per microscopia (confezione da 25 gr)"	30	

La campionatura è richiesta per il seguente prodotto:

Blu Toluidina O (C.I. 52040) per microscopia (confezione da 25 gr)

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 16

Reagenti per microtomi

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 17
Sodio Cacodilato

CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO

Requisiti minimi per idoneità	
<ul style="list-style-type: none">– Elevato grado di purezza– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 18

Alcool per citoistologia A

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
<ul style="list-style-type: none">– Elevato grado di purezza– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 19

Alcool per citoistologia B

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 20

Paraffina

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
<ul style="list-style-type: none">– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;– Punto di fusione 54/57° senza DMS;– Miscela di paraffine purificate con polimero plastico– Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
- Valutazione in processazione	10	
- Valutazione in inclusione	10	
- Valutazione taglio sezioni	30	

La campionatura da inviare deve rispettare il taglio previsto dalla tabella fabbisogni (confezione da 5 Kg) con una quantità totale precisata in un secondo momento dalla Commissione Giudicatrice

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 21**Mezzo di inclusione per criostato****CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Tempo di congelamento	10	
Facilità di taglio	40	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 22

Reagenti per colorazione MGG

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- Prodotti con marcatura CE-IVD - I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;		
Campionatura		SI
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione dettaglio morfologico su dettagli citologici	50	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 23

Tamponi per smascheramento anti genico

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- Prodotti con marcatura CE-IVD - Dalla soluzione monodose si deve ottenere un volume finale di soluzione lavoro non superiore a 1,5 litri	
Campionatura	SI

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 24
Tampone PBS

CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO

Requisiti minimi per idoneità	
- Prodotti con marcatura CE-IVD - Dalla soluzione monodose si deve ottenere un volume finale di soluzione lavoro non superiore a 1 litro	
Campionatura	SI

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 25

Eosina

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli e le concentrazioni indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione del prodotto su preparati istologici	50	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 26
Ematossilina Mayer

CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO

Requisiti minimi per idoneità		
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5; - Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione del prodotto su preparati istologici	50	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 27

Mezzo di montaggio per preparati istologici

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 28

Kit per colorazione

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
<ul style="list-style-type: none">- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;- L'offerta deve comprendere tutti i prodotti previsti dal lotto;- Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione di colorazione su preparato istologico	50	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 29

Fissativi A

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
<ul style="list-style-type: none">- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato che esprime i fabbisogni;- i prodotti devono rispettare le percentuali indicate nell'allegato 5;- Prodotti con marcatura CE-IVD	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 30

Fissativi B

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
<ul style="list-style-type: none">- I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato che esprime i fabbisogni;- I prodotti devono rispettare le percentuali indicate nel prospetto dei fabbisogni;- Prodotti con marcatura CE-IVD	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 31

Ematossilina di Gill

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
- Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Valutazione del dettaglio morfologico su preparati istologici e citologici	50	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 32

Reagenti per colorazione rapide

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
- Prodotti con marcatura CE-IVD	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 33

Soluzioni decalcificanti

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
<ul style="list-style-type: none">– Prodotti con marcatura CE-IVD– Soluzioni pronte all'uso		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Compatibilità dei tempi di decalcificazione con l'organizzazione esistente	15	
Valutazione del dettaglio istologico e reattività immunoistochimica	35	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 34

Reagenti per liquido spermatico

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
– Prodotti con marcatura CE-IVD	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 35

Reagenti per microscopia elettronica

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
PREZZO PIÙ BASSO**

Requisiti minimi per idoneità	
<ul style="list-style-type: none">– Elevato grado di purezza– Presenza nella scheda tecnica “per microscopia elettronica”– Prodotti con marchiatura CE-IVD	
Campionatura	NO

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 36**Reagenti per citogenetica 1****(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)****CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
– Marchiatura CE-IVD per i prodotti indicati nell'elenco sottostante – I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Metodiche citogenetiche avvalorate da centri di riferimento, che garantiscono una elevata affidabilità del risultato e meglio si adattano alla organizzazione del nostro Laboratorio	25	
Semplicità e rapidità di esecuzione	10	
Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità	15	

La campionatura è richiesta per i seguenti prodotti:

- Terreno Ham's,
- Kit per colture cellulari da materiale midollare,
- Kit per colture cellulari da sangue periferico,

La marchiatura CE-IVD è richiesta per i seguenti prodotti:

- Kit per colture cellulari da materiale midollare,
- Kit per colture cellulari da sangue periferico,

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 37**Reagenti per citogenetica 2****(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)****CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Metodiche citogenetiche avvalorate da centri di riferimento, che garantiscono una elevata affidabilità del risultato e meglio si adattano alla organizzazione del nostro Laboratorio	25	
Semplicità e rapidità di esecuzione	10	
Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità	15	

La campionatura è richiesta per i seguenti prodotti:

- Colchicina in PBS,
- Colchicina,
- Quinacrina,
- Terreno Chang – C.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 38**Reagenti per metodica FISH su tessuti citologici**
(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE**
QUALITÀ/PREZZO

Requisiti minimi per idoneità- Prodotti con marcatura CE-IVD		
– Prodotti con marcatura CE-IVD – Compatibilità con i filtri RODAMINA; FITCH; GOLD; AQUA		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 39

Reagenti per metodica FISH su tessuti paraffinati e citologici
(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO

Requisiti minimi per idoneità		
– Prodotti con marcatura CE-IVD – Compatibilità con i filtri RODAMINA; FITCH; GOLD; AQUA		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 40**Amplificazione e genotipizzazione virus e batteri su tessuto paraffinato tramite PCR qualitativa****(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)****CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto n. 41

Reagenti per elettroforesi

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 42

Reagenti per PCR qualitativa

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	40	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	5	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	5	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 43
Analisi di metilazione

CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO

Requisiti minimi per idoneità		
– I confezionamenti devono rispettare un range di confezionamenti minimo di 30 test ed un massimo di 50 test.		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	40	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	5	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	5	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 44**Analisi microsatelliti per linfomi, adattabili a sequenziatore automatico 3130 APPLIED BIOSYSTEMS****CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
Prodotti con marcatura CE-IVD		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 45**Reagenti per estrazione e amplificazione RNA****(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)****CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
– I confezionamenti devono rispettare un range di confezionamenti minimo di 30 test ed un massimo di 50 test.		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 46

Reagenti per retrotrascrizione

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
Prodotto conforme a quanto indicato nell'allegato 5		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 47

Reagenti per purificazione sequenze

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
Vengono unicamente ammesse: <ul style="list-style-type: none">– le colonne di purificazione di sequenze– i reagenti in fase liquida		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	40	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	5	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	5	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 48

Sintesi oligonucleotidi

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
<ul style="list-style-type: none">– Purificazione con HPLC– Possibilità di sintetizzare oligonucleotidi fluorescenti		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 49

Reagenti per sequenze, adattabili a sequenziatore automatico 3130 APPLIED BIOSYSTEMS

(L'offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell'elenco)

**CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

La campionatura è richiesta per tutti i prodotti inseriti nel lotto.

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Lotto 50**Sistema per la pulitura e la degradazione degli acidi nucleici su superfici di lavoro****CRITERI D'AGGIUDICAZIONE
QUALITÀ/PREZZO**

Requisiti minimi per idoneità		
– I confezionamenti devono rispettare i tagli indicati nell'allegato 5;		
Campionatura	SI	
Caratteristica	Punteggio massimo	
Adattabilità del sistema di determinazione all'organizzazione esistente;	30	
Pregio e valenza tecnica (valore predittivo positivo e negativo)	10	
Comprovata affidabilità da parte dell'azienda nell'approvvigionamento	10	

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.