

FORNITURA DI SISTEMI PRELIEVO SOTTOVUOTO E SISTEMI PER MICROPRELIEVO PEDIATRICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI  
ALLEGATO “A” - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

LOTTO 1: provette sottovuoto per raccolta ematica e dispositivi per l’accesso venoso dotati di dispositivi di sicurezza

Art.	Tipo articolo	Trattamento	Dimensioni (in mm)	Volume Indicativo (in ml)	Sterilità	Colori richiesti (obbligatori)	Ulteriori Colori Richiesti (almeno n. ...)	Periodo di validità minimo
1	provetta	EDTA K2 o K3 nebulizzato su parete provetta	13x75	3	si	Lilla o viola	2	12 mesi
2	provetta	EDTA K2 o K3 nebulizzato su parete provetta	13x75	4	si	Lilla o viola	1	12 mesi
3	provetta	EDTA K2 o K3 nebulizzato su parete provetta	13x100	6	si	Lilla o viola	2	12 mesi
4	provetta	EDTA K2 o K3 nebulizzato su parete provetta	16x100	9 - 10	si	Lilla o viola		12 mesi
5	provetta	EDTA K2 o K3 nebulizzato su parete provetta	13x75	2	si	Lilla o viola	1	12 mesi
6	provetta	sodio citrato tamponato 0.109M	13x75	1,8	si	azzurro o azzurro trasparente		6 mesi
7	provetta	sodio citrato tamponato 0.109M	13x75	2,7	si	azzurro		6 mesi
8	provetta	litio eparina	13x75	4	si	verde		12 mesi
9	provetta	litio eparina	13x75	2	si	verde o verde trasparente		12 mesi
10	provetta	litio eparina	13x100	6	si	verde		12 mesi
11	provetta	gel + litio eparina	13x75	3	si	verde		12 mesi
12	provetta	gel + litio eparina	13x100	4,5	si	verde		12 mesi
13	provetta	sodio eparina	13x100	6	si	verde		12 mesi
14	provetta	secca siliconata con attivatore di coagulazione in silice micronizzata	13x75	4	si	Rosso o rosa		16 mesi
15	provetta	secca siliconata con attivatore di coagulazione in silice micronizzata e gel	13x75	3,5 o 4	si	rosso	2	16 mesi
16	provetta	secca siliconata con attivatore di coagulazione in silice micronizzata	13x100	6	si	rosso o beige	2	16 mesi
17	provetta	secca siliconata con silice micronizzata e gel	13x100	5	si	rosso o blu	2	16 mesi
18	provetta	sodio fluoruro + potassio ossalato	13x75	2	si	grigio		9 mesi
19	provetta	sodio fluoruro + potassio ossalato	13x100	5	si	grigio		9 mesi
20	provetta	sodio fluoruro + Na2 EDTA	13x75	4	si	grigio		9 mesi
21	provetta	gel + EDTA K2	13x100	5	si	madreperla o bianco		12 mesi
22	ago + camicia	Sistema di sicurezza per prelievo ago 21G e 22G con camicia premontata			si			30 mesi
23	set prelievo	Set composto da: ago farfalla 21 G e 23G con dispositivo di sicurezza + adattatore luer + tubo 18 e 30 cm			si			24 mesi
24	adattatore	Adattatore Luer sterile per ago a farfalla per prelievi multipli			si			30 mesi
25	camicia	Camicia monouso per prelievo			no			

**LOTTO 2:** presidi sottovuoto per la raccolta delle urine

Art.	Tipo articolo	Trattamento	Dimensioni (in mm)	Volume Indicativo (in ml)	Sterilità	Colori richiesti (obbligatori)	Ulteriori Colori Richiesti (almeno n. ...)	Periodo di validità minimo
1	sonda	sonda di prelievo per urine			si			12 mesi
2	sonda	sonda di prelievo per urine non sterile	160x220		no			
3	provetta	per raccolta urine secca, fondo tondo	16x100	9 – 10	si	beige	1	12 mesi
4	provetta	per urinocolture con additivo batteriostatico	16x100	9 – 10	si	Giallo		18 mesi
5	contenitore	contenitore graduato per raccolta urine, tappo a vite con sonda di prelievo incorporata per trasferimento in provetta		100 - 150	si			24 mesi

**LOTTO 3:** provette micrometodo per la raccolta ematica pediatrica

Art.	Tipo articolo	Trattamento		Volume Indicativo (in ml)		Colori richiesti (obbligatori)	Periodo di validità minimo
1	provetta	EDTA K2 o K3 nebulizzato su parete		< o= 1 ml		Lilla o viola	12 mesi
2	provetta	separatore di siero o gel, volume aspirazione <=1 ml		< o= 1 ml		Giallo ocra o rosso	12 mesi
3	provetta	sodio citrato tamponato 0,109 M		< o= 1 ml		azzurro o giallo	12 mesi